

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Gurupi
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente

Pregão Eletrônico nº 003/2020



Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	Agitador magnético com aquecimento Especificações iguais ou superiores. Velocidade de agitação magnética: 100 a 1500 rpm. Volume de solução: mínimo de 10 ml e máximo abaixo de 3 litros. Display: temperatura e RPM. Temperatura de aquecimento: mínima (25°C) e máxima de pelo menos 50°C. Calibração automática ou por soluções padrões já inclusa. Tensão: bivolt ou 220v. Garantia mínima de 12 meses.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	1.570,69
Valor Final:	1.300,00
Valor Total:	1.300,00
Situação:	Homologado em 25/08/2020 11:10:37 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA
Nome da Empresa:	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO
Modelo:	SOLIDSTEEL/ SSAGa 10LT
Item:	0003
Descrição:	Analizador de leite (com certificado de calibração) Fazer análises de gordura, extrato seco desengordurado, densidade, proteína, lactose, sólidos, água adicionada, ponto de congelamento, temperatura, pH e condutividade. (CONFORME EDITAL)
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	19.916,33
Valor Final:	17.000,00
Valor Total:	17.000,00
Situação:	Homologado em 25/08/2020 11:10:37 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA
Nome da Empresa:	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI
Modelo:	OF. MOD. SA C / PH CONDUTIVIDADE
Item:	0004
Descrição:	Autoclave vertical 75 litros Autoclave vertical capacidade de 75 L, com pedal, câmara de esterilização em aço inox gabinete chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático tampa em bronze fundido.. (CONFORME EDITAL)
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	10.650,00
Valor Final:	10.650,00
Valor Total:	21.300,00
Situação:	Homologado em 25/08/2020 11:10:37 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA
Nome da Empresa:	Solab Equipamentos Para Laboratório Eireli - EPP
Modelo:	PRISMATEC CS-75
Item:	0005
Descrição:	Balança analítica 4 casas decimais precisão de 0,0001 g (0,1 mg) Especificações iguais ou superiores. Balança analítica eletrônica, capacidade máxima de 220 g, precisão de 0,0001 g (0,1 mg) Unidades de medida: G, mg, ug Display digital Alimentação e funcionamento 220V, com capela analítica contendo portas de vidro deslisantes, com fundo em aço inoxidável. Deve acompanhar 01 fonte de alimentação, cabo e plug para ligar na tomada, 01 manual de instruções e garantia de mínima de 12 meses. Acompanha certificado de calibração RBC.
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	9.129,00
Valor Final:	7.900,00
Valor Total:	23.700,00
Situação:	Homologado em 25/08/2020 11:10:37 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA
Nome da Empresa:	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI
Modelo:	OF. MOD. ATY 224
Item:	0006
Descrição:	Balança Determinadora De Umidade Capacidade Max: 90g, Leitura: 0.001g - 0.01/0.1% (selecionável), Repetitividade: 0.18% (2g) - 0.05% (5g) - 0.02% (10g), Elemento de Aquecimento Lâmpada de Halogênio, Consumo: 400W, Faixa de temperatura: 40 a 200°C (incrementos de 1°C), Display LCD retroiluminado. Tamanho do prato 95mm de diâmetro. Temporizador digital. Porta USB. Impressora. Cabo USB. Manual de instruções. Garantia de 12 meses. Certificado de calibração.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	12.896,67
Valor Final:	9.000,00
Valor Total:	9.000,00
Situação:	Homologado em 25/08/2020 11:10:37 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA
Nome da Empresa:	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

Modelo: OF. MOD. ID 50

Item: 0007

Descrição: Balança semi-analítica (com certificado de calibração) Especificações iguais ou superiores. Capacidade máxima: 3.500 g. Precisão: 0,01 g. Alimentação: 220 V. Certificado de Calibração RBC. Manual de instruções. Garantia de 12 meses.

Quantidade: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência: 5.000,00

Valor Final: 4.550,00

Valor Total: 18.200,00

Situação: Homologado em 25/08/2020 11:10:37 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA

Nome da Empresa: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

Modelo: OF. MOD. AD 3300

Item: 0008

Descrição: Banho Dubnoff Orbital Utilizado para análises de fibra alimentar e/ou agitação orbital dentro de um banho-maria, podendo acomodar vários formatos de recipientes. Características Técnicas: Temperatura Ambiente +7°C até 100°C Controlador de temperatura Digital microprocessado e certificado de calibração RBC Sensor PT-100 Precisão de controle ±0,1°C Uniformidade ±0,3°C Rotação 30 a 130 RPM (±10 RPM) Controle de rotação Analógico com display digital Movimento Horário através de mancais auto-lubrificantes de Nylon e rolamentos oscilantes Plataforma - 12 erlenmeyer de 125 ml Segurança Resistência blindada em aço inox Bandeja e Cuba em aço inox Gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática Potência 1400 Watts Tensão 220 Volts 02 Fusíveis extras - Manual de Instruções com Termo de Garantia de 12 meses.

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência: 8.733,33

Valor Final: 8.733,00

Valor Total: 8.733,00

Situação: Homologado em 25/08/2020 11:10:37 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA

Nome da Empresa: Solab Equipamentos Para Laboratório Eireli - EPP

Modelo: SOLAB SL-158/A

Item: 0009

Descrição: Banho Maria Especificações iguais ou superiores. Temperatura ajustável de forma digital ou analógica. Cuba em inox. Gabinete metálico e anticorrosivo. Temperatura máxima de pelo menos 80° C. Cuba com volume nominal de 8 a 12 litros. Tensão: bivolt ou 220v. Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência: 3.116,00

Valor Final: 1.180,00

Valor Total: 1.180,00

Situação: Homologado em 25/08/2020 11:10:37 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA

Nome da Empresa: RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA

Modelo: BM03

Item: 0011

Descrição: Centrífuga de bancada refrigerada e microprocessada Especificações iguais ou superiores. Centrífuga de bancada microprocessada e refrigerada. Câmara interna em aço inoxidável. Programação para RPM e força g. Rotores: de ângulo fixo para mais de 16 tubo de 50 mL. Velocidade de rotor angular de 15.200 RPM. Sistema de frenagem lento ou regulável. Alarme sonoro quando detectado desbalanceamento. Nível de ruído abaixo de 60 dB. Adaptável para tubos de 1,5/2,0 ml, 15 ml e microplacas. Tensão: bivolt ou 220v. Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência: 22.100,00

Valor Final: 22.100,00

Valor Total: 44.200,00

Situação: Homologado em 25/08/2020 11:11:30 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA

Nome da Empresa: Solab Equipamentos Para Laboratório Eireli - EPP

Modelo: SOLAB SL-706

Item: 0015

Descrição: Crioscópio para leite (com certificado de calibração) Crioscópio analisador congelamento leite - Faixa de uso: índice de crioscopiade -0,621° H a 0,422° H (23% de água, aprox.) Tempo médio de análise aproximadamente 2,5 minutos Temperatura ambiente para operação de 0 a 45 oC volume de amostra por análise 2,5 ml resolução 1M°H ou 0,2% de água. Voltagem: 220V. Garantia mínima de 12 meses com assistência técnica.

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência: 17.681,59

Valor Final: 17.681,59

Valor Total: 17.681,59

Situação: Homologado em 25/08/2020 11:11:30 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA

Nome da Empresa: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

Modelo: OF. MOD. MICROLAK

Item: 0019

Descrição: Estufa incubadora tipo BOD (com certificado de calibração) Especificações iguais ou superiores. Com ou sem fotoperíodo. Temperatura ajustável de 25 a 60°C com precisão de 0,5°C, display de temperatura e comandos alarme de temperaturas elevadas circulação de ar por gravidade com duas ou mais prateleiras. Volume: entre 250 e 370 litros. Tensão: bivolt ou 220 v. Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência: 4.050,00

Valor Final: 3.800,00

Valor Final: 7.600,00
 Valor Total: 7.600,00
 Situação: Homologado em 25/08/2020 11:11:30 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA
 Nome da Empresa: Solab Equipamentos Para Laboratório Eireli - EPP
 Modelo: SOLAB SL-200/300

Item: 0022
 Descrição: Homogeneizador de amostras tipo stomacher Homogeneizador de amostras totalmente isenta de contaminação, usando-se sacos plasticos esterilizados. Capacidade: semelhante a 375 gramas de amostra e 3750 mL de diluente. (CONFORME EDITAL)
 Quantidade: 1
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 14.802,00
 Valor Final: 14.802,00
 Valor Total: 14.802,00
 Situação: Homologado em 25/08/2020 11:12:08 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA
 Nome da Empresa: Solab Equipamentos Para Laboratório Eireli - EPP
 Modelo: SOLAB SL-299

Item: 0023
 Descrição: Incubadora Shaker de bancada Refrigerada (Especificações iguais ou superiores) A temperatura do interior da câmara dever ser regulada através de um sistema de ar forçado com uma elevada homogeneização.. (CONFORME EDITAL)
 Quantidade: 2
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 15.497,00
 Valor Final: 11.000,00
 Valor Total: 22.000,00
 Situação: Homologado em 25/08/2020 11:12:08 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA
 Nome da Empresa: Solab Equipamentos Para Laboratório Eireli - EPP
 Modelo: SOLAB SL-223

Item: 0025
 Descrição: Micropipeta monocal com volume variável Especificações iguais ou superiores. Volume: 100 a 1000 microlitros. Para volume de 1000 uL a Inexatidão é de +ou- 0,60% e a Imprecisão menor ou igual a 0,20%. Para volume de 500 uL a Inexatidão é de +ou- 0,80% e a Imprecisão menor ou igual a 0,30%. Para volume de 100 uL a Inexatidão é de +ou- 1,00% e a Imprecisão menor ou igual a 0,60% Pistão de aço inoxidável ou de PVDF. Sistema de bloqueio de volumes que assegura que não haja alteração durante os ciclos de pipetagem. Resistente à luz UV. Garantia de pelo menos 12 meses.
 Quantidade: 6
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 1.733,33
 Valor Final: 392,60
 Valor Total: 2.355,60
 Situação: Homologado em 25/08/2020 11:12:08 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA
 Nome da Empresa: RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA
 Modelo: AMD 100/1000 ul

Item: 0027
 Descrição: Micropipeta monocal com volume variável Especificações iguais ou superiores. Volume: 10 a 100 microlitros. Para volume de 100 uL a Inexatidão é de +ou- 0,80% e a Imprecisão menor ou igual a 0,20%. Para volume de 50 uL a Inexatidão é de +ou- 1,20% e a Imprecisão menor ou igual a 0,40%. Para volume de 10 uL a Inexatidão é de +ou- 3,00% e a Imprecisão menor ou igual a 1,00%. Pistão de aço inoxidável ou de PVDF. Resistente à luz UV. Garantia de pelo menos 12 meses.
 Quantidade: 3
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 1.105,23
 Valor Final: 392,60
 Valor Total: 1.177,80
 Situação: Homologado em 25/08/2020 11:12:08 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA
 Nome da Empresa: RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA
 Modelo: AMD 10/100 ul

Item: 0029
 Descrição: Micropipeta monocal com volume variável Especificações iguais ou superiores. Volume: 20 a 200 microlitros. Para volume de 200 uL a Inexatidão é de +ou- 0,60% e a Imprecisão menor ou igual a 0,20%. Para volume de 100 uL a Inexatidão é de +ou- 1,00% e a Imprecisão menor ou igual a 0,40%. Para volume de 20 uL a Inexatidão é de +ou- 1,80% e a Imprecisão menor ou igual a 0,70%. Pistão de aço inoxidável ou de PVDF. Resistente à luz UV. Garantia de pelo menos 12 meses.
 Quantidade: 6
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 1.105,23
 Valor Final: 392,60
 Valor Total: 2.355,60
 Situação: Homologado em 25/08/2020 11:12:08 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA
 Nome da Empresa: RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA
 Modelo: AMO 20/200 ul

Item: 0033
 Descrição: Microscópio binocular Especificações iguais ou superiores. Inclinação de 30° ou 45° graus. Distância interpupilar ajustável. Charriot com controle axial XY. Condensador ABBE NA 1.25. Sistema Óptico: Infinito planacromático de alto contraste. Objetivas de 4x, 10x, 40x retrátil e 100x retrátil e imersão. Tensão: bivolt ou 220v. Garantia mínima de 12 meses
 Quantidade: 3
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 6.793,00

Valor Final: 3.200,00
 Valor Total: 9.600,00
 Situação: Homologado em 25/08/2020 11:12:55 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA
 Nome da Empresa: AS3 HOSPITALAR LTDA
 Modelo: L2000

Item: 0034
 Descrição: Microscópio trinocular Especificações iguais ou superiores. Inclinação de 30° ou 45° graus. Distância interpupilar ajustável. Iluminação por LED 3W. Charriot com controle axial XY. Condensador ABBE NA 1.25. Sistema Óptico: Infinito planacromático de alto contraste. Objetivas de 4x, 10x, 40x retrátil e 100x retrátil e imersão. Tensão: bivolt ou 220v. Garantia mínima de 12 meses.
 Quantidade: 2
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 12.732,67
 Valor Final: 3.000,00
 Valor Total: 6.000,00
 Situação: Homologado em 25/08/2020 11:12:55 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA
 Nome da Empresa: AS3 HOSPITALAR LTDA
 Modelo: L2000 TRI

Item: 0035
 Descrição: Minicentrífuga (ou minicentrífuga) de bancada Especificações iguais ou superiores. Microprocessada. Capacidade do rotor: acima de 8 x 1,5/2,0 mL recipientes. Velocidade máxima superior a 3.000 RPM. Visor digital com marcação de pelo menos tempo e velocidade. Câmara de rotor metálica. O rotor já deve estar incluso. Tensão: bivolt ou 220v. Garantia mínima de 12 meses.
 Quantidade: 1
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 7.381,67
 Valor Final: 6.000,00
 Valor Total: 6.000,00
 Situação: Homologado em 25/08/2020 11:12:55 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA
 Nome da Empresa: Solab Equipamentos Para Laboratório Eireli - EPP
 Modelo: SOLAS SL-702

Item: 0036
 Descrição: Moinho De Solo Caixa em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epóxi. Caixa de moagem em aço inox AISI 304. Funil de entrada de solo com 400 mm. de largura e aba traseira em 45 graus, capacidade para 1000 gramas de solo, socador com cabo. Rotor de martelos móveis em aço inox. Coletor de amostra e tela malha 2 x 2 mm em aço inox, COM BICA DE SAÍDA COM 35 MM. DE DIÂMETRO EXTERNO. Motor de 1 CV monofásico. Cabo de energia trifilar com aterramento, NBR 14136. 220 volts, 60 hz.
 Quantidade: 1
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 5.157,00
 Valor Final: 5.157,00
 Valor Total: 5.157,00
 Situação: Homologado em 25/08/2020 11:12:55 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA
 Nome da Empresa: Solab Equipamentos Para Laboratório Eireli - EPP
 Modelo: SOLAB SL-33

Item: 0037
 Descrição: Moinho multi-uso de bancada Especificações iguais ou superiores. Moinho universal para moagem a seco de substâncias duras câmara com jaqueta para refrigeração para no mínimo 350 mL, opera por corte e impacto, com câmara removível de fácil limpeza equipamento em aço inox velocidade mínima 25.000 rpm, voltagem 220V Proteção conforme DIN EN 60529.
 Quantidade: 1
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 6.462,67
 Valor Final: 6.462,00
 Valor Total: 6.462,00
 Situação: Homologado em 25/08/2020 11:12:55 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA
 Nome da Empresa: Solab Equipamentos Para Laboratório Eireli - EPP
 Modelo: SOLAB SL-35

Item: 0042
 Descrição: Vórtex Especificações iguais ou superiores. Agitação orbital contínua ou ajustável até 2800 RPM plataforma superior confeccionada em borracha preta redonda, com diâmetro que permita o uso de microtubos de 1,5/2,0mL a tubos Falcon de 50 mL base em aço com pés de borracha estrutura externa com revestimento (epóxi). Tensão: bivolt com chave seletora ou 220V. Garantia mínima de 12 meses.
 Quantidade: 2
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 1.333,33
 Valor Final: 1.000,00
 Valor Total: 2.000,00
 Situação: Homologado em 25/08/2020 11:13:08 Por: DOMINGOS TAVARES DE SOUSA
 Nome da Empresa: Solab Equipamentos Para Laboratório Eireli - EPP
 Modelo: NORTE CIENTIFICA NA-3600



P	Folhas
M	nº 566 2
G	

DOMINGOS TAVARES DE SOUSA
Autoridade Competente

Em 12 / 04 / 2019

Vanessa
Vanessa Batista dos Santos
Assessor Téc. Administrativo
Decreto nº 1.372/2018

DECRETO Nº. 0389, DE 1º DE ABRIL DE 2019.

*"Nomeia Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico e
Meio Ambiente e dá outras
providências".*

O PREFEITO MUNICIPAL DE GURUPI, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 2.421/2019, que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa da Prefeitura de Gurupi, e revoga a Lei 2.188/2014 de 30 de dezembro de 2014,

CONSIDERANDO o disposto na Lei 2.269 de 30 de dezembro de 2015, a qual fixa subsídio de Secretários Municipais e equiparados, nos termos do art. 39, §4º, da Constituição Federal e dá outras providências,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado **DOMINGOS TAVARES DE SOUSA**, para exercer o cargo comissionado de **Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio ambiente**.

Art. 2º. Os efeitos desta nomeação alcançam todos os atos eventualmente emanados pelo servidor ora nomeado, surtindo todos os efeitos legais a partir da data de publicação.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Gurupi, Estado do Tocantins, ao 1º dias do mês de abril de 2019.


LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
Prefeito de Gurupi -TO